

## Recommandations pour le prélèvement en hémostase

EN\_465 V1


Page 1/1

Utiliser un tube de purge (tube neutre) dans les cas suivants :



- Prélèvement difficile (possible activation de la coagulation)
- Utilisation d'un système à ailettes

Respecter le volume de remplissage :



Remplir jusqu'au trait

Agitation correcte du tube pour éviter la formation de micro-caillots :



5 retournements lents juste après le remplissage du tube